

## รายงานผลเบื้องต้น Dengue Profile

โครงการควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยกลุ่มโรคติดเชื้อเฉียบพลัน

ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการสถานพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (FUO-EQAPSU program)

ครั้งที่ 1/2559

## คำชี้แจง

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานเบื้องต้นที่สรุปผลการทดสอบตัวอย่าง เพื่อให้สมาชิกสามารถเปรียบเทียบผลการตรวจเบื้องต้น ส่วนการวิเคราะห์ผลการทดสอบของสมาชิกจะประเมินโดยใช้ผลของห้องปฏิบัติการอ้างอิงซึ่งจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป สมาชิกที่ตอบผลกลับภายหลังจากการเผยแพร่รายงานงานเบื้องต้นแล้ว ผลการทดสอบของสมาชิกนั้นจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณในรายงานฉบับสมบูรณ์

## ผลการทดสอบ Dengue profile

Specimen ID	Dengue profile status	Indirect ELISA (OD Sample/OD Calibrator Ratio)
DN161-001	NS1 Negative	Negative
	IgM Positive	Positive (Ratio = 4.13)
	IgG Positive	Positive Ratio = 2.07)
DN161-002	NS1 Positive	Positive (Ratio = >6.0)
	IgM Negative	Negative
	IgG Negative	Negative
DN161-003	NS1 Negative	Negative
	IgM Positive	Borderline (Ratio = 0.913)
	IgG Positive	Positive (Ratio = 3.78)
DN161-004	NS1 Negative	Negative
	IgM Negative	Negative
	IgG Negative	Negative

ติดต่อสอบถาม: รุ่งเรือง จารุมโนกุล, อ.ดร. พรนภัส สุระสมบัติพัฒนา, อ.นพ.อนุชิต บุรณถาวรสม

โทร 074-451585-6, 081-9909401 Email: roongrueng.j@gmail.com