

## รายงานผลเบื้องต้นโรคติดเชื้อมาลาเรีย

โครงการควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยกลุ่มโรคติดเชื้อใช้เฉียบพลัน  
ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการสถานพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (FUO-EQAPSU program)  
ครั้งที่ 1/2559

## คำชี้แจง

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานเบื้องต้นที่สรุปผลการทดสอบตัวอย่าง เพื่อให้สมาชิกสามารถเปรียบเทียบผลการตรวจเบื้องต้น ส่วนการวิเคราะห์ผลการทดสอบของสมาชิกจะประเมินโดยใช้ผลของห้องปฏิบัติการอ้างอิงซึ่งจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป สมาชิกที่ตอบผลกลับภายหลังจากการเผยแพร่รายงานเบื้องต้นแล้ว ผลการทดสอบของสมาชิกนั้นจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณในรายงานฉบับสมบูรณ์

## ผลการทดสอบโรคติดเชื้อมาลาเรีย

Specimen number	Results		
	Rapid test (ICT)		Thin blood smear
			PCR-based method
MA161-001	<input type="checkbox"/> Negative		<i>P. vivax</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Positive	<input type="checkbox"/> <i>Plasmodium falciparum</i>	Infected RBC = 4,701 cell/mm <sup>3</sup>
		<input checked="" type="checkbox"/> Non- <i>Plasmodium falciparum</i>	
MA161-002	<input checked="" type="checkbox"/> Negative		Parasite not found
	<input type="checkbox"/> Positive	<input type="checkbox"/> <i>Plasmodium falciparum</i>	
		<input type="checkbox"/> Non- <i>Plasmodium falciparum</i>	
MA161-003	<input type="checkbox"/> Negative		<i>P. falciparum</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Positive	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Plasmodium falciparum</i>	Infected RBC = 2,299 cell/mm <sup>3</sup>
		<input type="checkbox"/> Non- <i>Plasmodium falciparum</i>	

ติดต่อสอบถาม: รุ่งเรือง จารุมโนกุล, ณัฐธากร วุฒิภูมิ, วิสเรศ ลีตระกูล, อ.นพ.อนุชิต บุรณถาวรสม

โทร 074-451585-6, 081-9909401 Email: roongrueng.j@gmail.com